Медицинский ускоритель для лучевой терапии

Горлачев Г.Е., РОНЦ

ggorlachev@roiss.ru

Семинар НИИЯФ МГУ, 12 сентября 2017 г.

Главная цель выступления

Продемонстрировать потребность в создании нового ускорителя для лучевой терапии, требования к нему, обилие вспомогательных задач, наличие потенциального соисполнителя, способного внести управляемость в это обилие.

Состояние техники современной лучевой терапии

По мотивам ускорительной конференции







История лидера

Клистрон, практически без изменений в наши дни (1953 год)

Мало отличий от современных ускорителей



Russell and Sigurd Varian with the V-42 klystron used in ultra high-frequency (UHF) television transmission, circa 1953. This klystron was the first of a series of Varian Associates high-power tubes used for radar and communication systems. (photograph by Ansel Adams)



1960: Varian Clinac 6/100



Ускоритель электронов 6 МэВ



Победа за счет удачной конструкции в начале, длительной эволюции и воспитания специалистов в предметной области на протяжении десятилетий

Зомбирование (60 – 2000 годы)

Sector and action of the insertion of the radiation lease. Note that and the central action of the radiation lease in the central action of the radiation lease. Note that action is the central action of the radiation lease. Note that action of the radiation lease. Note that action of the radiation lease. Note that action of the radiation of the radiation lease. Note that action of the radiation of the radiation lease. Note that action of the radiation of the radia

VARIAN №1 (лидер до сих пор)





CGR / GE №3 (вышел из бизнеса)







Co-60 (Theratron, Teragam, Рокус)







У всех ротационная головка и изоцентрический стол

История побега (последние 15 лет)

CyberKnife (Accuray, USA)





TomoTherapy (Accuray, USA)





VERO (BrainLab, Germany)





Modelling and Concepts in MRI-guided Photon and Proton Beam Radiotherapy

Brad Oborn^{1,2}

¹Illawarra Cancer Care Centre (ICCC), Wollongong Hospital, NSW 2500 Australia ²Centre for Medical Radiation Physics (CMRP), University of Wollongong, NSW 2522 Australia





Распределение установленных в мире радиотерапевтических установок



Cyber Knife (Accuray Inc.)

Novalis (Brainlab)

Clinac (Varian) 40%

Versa (Elekta) 50 %

Primus (Siemens)

CGR (GE Healthcare)

4000 в мире установленных аппаратов **7 млн.** в год проходят ЛТ лечение

Big Picture:

World wide:	# of machines	# of pts treated	Existing in market	Main sites treated
Linac	~8000	50,000,000	58 yrs	56%: lung, prostate, breast. 44%: all others
Тото	~300	~100,000 ??	12 yrs	Mainly pelvis, prostate, H&N, etc.
GammaKnife	~550	700,000	28 yrs	Brain SRS (1 fx)
CyberKnife	~500	100,000	14 yrs	50% Brain SRS, 50% SBRT: lung, spine,
				prostate, liver, pancreas, etc.
Proton Therapy	14(+11) in US	~30,000	24 yrs	
Vero	<5	??	~4 yrs	

Some facts:

--- there are ~2000 cancer centers in US. 60% cancer patients were treated with RT in China, only ~15% cancer patients were treated with RT).

--- for RT patients: ~75% is curative. Lowest cure rate including: 59% for lung, 50% for brain.

--- for RT patient: ~88% treated with EBRT (Linac, Tomo), ~6% GammaKnife, ~4% CyberKnife, ~6% brachy, etc.

--- on average, every RT patient will be treated with 23.4 fractions.

Advanced Techniques:					
Tomotherapy, GammKnife, CyberKnife, MR-Linac,					
Proton Therapy, Vero					
Jason Yan, MS, DABR, MCCPM					
05/2015 . Yanxxs at gmail dot com					
Radiation Oncology & CyberKnife, U of Arizona Cancer Center at St Joseph's Hospital & MC					
GammaKnife, Barrow Neurological Insitute.					

Рокус-Р



На сегодняшний день АО «Равенство» является единственным производителем дистанционных гамматерапевтических комплексов в России и входит в мировую пятерку уникальных разработчиков и производителей такого рода медицинской техники ...

28.06.2017 http://www.rawenstvo.ru



Примеры современных дозовых распределений

Для понимания того, что уже сейчас возможно и почему именно такие требования к терапевтическому комплексу.







Сложные формы

Из-за вовлеченности зрительных путей классическое фракционирование по 1.8-2 Гр

Из-за ограниченности доступа к IMRT ручное конформное планирование

Применение протонного облучения сомнительно изза больших перепадов толщин опухоли и большого количества сеансов облучения



Современное понимание оптимизации лучевой терапии



Спинальная патология

Маловероятно, что эта патология доступна для протонов

Облучение 3 фр по 7 Гр



Функциональная радиохирургия

Дозы однократного облучения до 100 Гр и более

Радихирургия невралгии тройничного нерва давно является стандартным методом лечения.

Показания к радиохирургии других функциональных заболеваний в последние годы расширяются. Основным сдерживающим фактором является диагностика.



Open Access Case Report

DOI: 10.7759/cureus.384

Successful CyberKnife Irradiation of 1000 cc Hemicranial Meningioma: 6-year Follow-up

Mikhail Galkin¹, Andrey V. Golanov², Natalia Antipina³, Gennady Gorlachev⁴

1. Radiation Oncology Department, Burdenko Neurosurgical Institute 2. Burdenko Neurosurgical Institute 3. Department of Radiation Oncology, Burdenko Neurosurgical Institute 4. Burdenko Neurosurgery Institute

Parameter	Value
Target volume, cc	1085
Dose for 95% of target volume, Gy	31.5
Mean target dose, Gy	35.3
Maximum target dose, Gy	43.8
Minimum target dose, Gy	0.4
Isodose covering 95% of target volume, %	72
New Conformity Index	1.61
Homogeneity Index	1.39
Coverage, %	95.62

TABLE 1: Treatment parameters



FIGURE 2: Tumor extent with MRI before and 6 years afte irradiation

Before irradiation - A (axial plane), C (coronal plane)/ 6 years after treatment - B (axial plane), D (coronal plane). Color lines delineate tumor contours before (red line) and after treatment (yellow line).

FIGURE 1: Tumor extent with MRI and isodose distributions A - axial plane, B - coronal plane

https://www.researchgate.net/publication/284281007_Successful_CyberKnife_Irradiation_of_1000_cc_Hemicranial_Meningioma_6-year_Follow-up

Patient 43 years Angiomatosis

(Dr. Vetlova E.R.)

54 Gy in 27 fractions 7 conformal beams



Гистограммы Доза-Объем 100 Объём тела 90 -80 Головной м пинной ма 70 Певое лёгі Объем, % 60 вое л 50 Гортань PTV 40 C 30 -20 -10 -0 10 50 90 100 110 20 60 70 80 30 Доза, %



Patient 43 years Angiomatosis

(Dr. Vetlova E.R.)

Before treatment



21 month







Patient 43 years Angiomatosis

(Dr. Vetlova E.R.)



Как это работает

По мотивам ускорительной конференции

За что идет борьба



КОНФОРМНОСТЬ + СТЕРЕОТАКСИС + КОНТРОЛЬ ДЫХАНИЯ









Конкурирующие технологии - конформность

IMRT, RAPID ARC 3-field Normal Plan 3-field IMRT • Beam Profile Dose • Prescribed Dose Intensity . (typical distribution) Bear Beam Profile 12 Profile # 3

Классические аппараты:

With IMRT dose distribution can be shaped to the target to spare Organs at Risk







N



1+...+ i +...

CyberKnife: множество произвольно ориентированных в пространстве круглых полей









Конкурирующие технологии: стереотаксис == навигация



Дополнительные



Ультразвук (мягкие ткани)



Видео изображения



Ультразвуковая навигация









Конкурирующие технологии: контроль дыхания

Классические аппараты: излучение в определенные фазы дыхания



CyberKnife: движение вслед за смещением мишени







Winston-Lutz test

Точность стереотаксической лучевой терапии



Winston-Lutz test

Отклонение оси пучка от изоцентра не более **0.75 мм** во всем диапазоне перемещений по всем степеням свободы



End-To-End tests



Novalis End-To-End irradiation



It is important to keep a few centimeters gap between beam exit from phantom and film

Novalis End-To-End results



End-Do-End deviations patterns coincide with direct Winston-Lutz test

This means, that localization and image fusion have small error compare to radiation unit precession

Проект новой терапевтической установки

По мотивам ускорительной конференции

Почему успешен CyberKnife (первый реальный конкурент Varian)







- Максимальный физически возможный набор направлений облучения, недоступный классическим ускорителям
- Оптимизация облучения включает направления облучения (классические ускорители оптимизируют интенсивности при фиксированных вручную направлениях)
- Вращение аппарата вокруг источника резко упрощает контроль дыхания
- Лучшая логистика планирования и реализации облучения

Механика — промышленные роботы (требуемая грузоподъемность 300-700 кг)

KUKA



Продукция | Промышленные роботы | Специальные конструкции | Палетоукладчики | КК 470 РА

KR 470 PA

Благодаря компактной конструкции, небольшому собственному весу и встроенным установочным и крепежным компонентам, КК 470 РА легко и быстро присоединяется к любой установке.

ROBOTICS

Нагрузки

Полезная нагрузкаПолезная нагрузка дополнительная нагрузка	470 kg 50 kg
Рабочая зона	
Макс. радиус действия	3150 mm
Другие данные и исполнения	
Количество осей	5
Стабильность повторяемости	<±0,08 mm
Bec	2330 kg
Монтажное положение	На полу
Система управления	KR C4



	MX500N	
Грузоподъемность	500kg	
Угол поворота		±180°
		+90~-45°
		±360°
		±360°
Повторяемость	±0.5mm	
Максимальная зона действия *	2540mm	
Установка	Пол	
Bec	2750kg	
Контроллер		

Промышленный робот IRB 7600



Задать вопрос

Промышленный робот IRB 7600 Поставщик: <u>ABB</u> 🚺 Швеция Молерь IBB 7600-150/3 50

Модель IRB 7600-150/3,50

Модель IRB 7600-325/3,1



...M-10 Series ...M-20 Series ...M-410 series ...M-420 series ...M-430 series


Лучшая установка для практической лучевой терапии (ключевые идеи)

- Сократить расстояния от радиационного источника до внешней системы коллимации пучков вплоть до 25 см (минимизируется вес системы коллимации)
- Расстояние от источника до поверхности тела пациента в процессе облучения варьировать на грани столкновений (мощность дозы излучения возрастает в 2-4 раза только за счет расстояния)
- Многолепестковый коллиматор неизбежен, но в миниатюрном исполнении может весить всего от 7 до 10 кГ
- Вместо рентгеновской системы использовать портальную, т.е. изображения в терапевтическом пучке

(помимо экономии на вспомогательной установке есть шанс решить большую часть задач безопасности с помощью контроля конечного результата)

Привлекательный вариант с еще одним роботом для позиционирования портального детекора





1st International Conference in Applied Physics and Materials Science

IOP Publishing

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering **79** (2015) 012015 doi:10.1088/1757-899X/79/1/012015

Формулировка требований 2014 года

Предварительные требования к ускорителю как источнику излучения радиотерапевтической установки.

Базовые решения.

- Требуется ускоритель, генерирующий только фотонное излучение. Электронное излучение исключается из-за малой его востребованности по сравнению с увеличивающейся сложностью.
- В зависимости от дизайна всей системы от ускорителя потребуется один или два режима изучения. Один терапевтический с высокой мощностью дозы и энергией. Второй с низкой мощностью и энергией для обеспечения визуализации.
- 3. Энергия терапевтического излучения выбирается 9 МэВ. Качество дозовых распределений в диапазоне от 6 до 20 МэВ с точки зрения потребностей лучевой терапии меняется слабо. Выбранная энергия перекрывает весь диапазон размеров больных и находится в пределах, не связанных с генерацией паразитного нейтронного излучения. Работа только с одной энергией существенно упрощает конструкцию аппарата, его обслуживание в клинических условиях и объем системы качества, применяемой пользователями.
- 4. Наличие режима излучения для визуализации является предметом дальнейшего анализа. Причиной неопределенности является вопрос конструкции всего аппарата. Главным является вопрос, как будут формироваться терапевтические дозовые распределения. На жанном этапе просматриваются только аналогии с классическим аппаратом типа Varian и аппаратом типа <u>Cyberknife</u>. Если поддерживать первый

рентгеновского излучения и проблемы вывода электронных пучков через окно ускорителя.

<u>Ток пучка.</u>

При расчете пучка используется представление о требуемой мощности дозы излучения. Основные конкуренты сейчас имеют мощность дозы в изоцентре при конфигурации без выравнивающего фильтра на уровне **10 Гр в минуту**.

Для расчета требуемого тока пучка были использованы результаты симуляции транспорта излучения в аппарате <u>Cyberknife</u> методом Монте-Карло. Эта работа проводится нами независимо от данного проекта в рамках аспирантского исследования. Расчеты производятся собственным программным обеспечением, использующим физику EGS4.

В результате расчетов мы получили, что для обеспечения мощности дозы излучения 10 Гр в минуту на расстоянии 80 см от источника при энергии электронов 9 МэВ требуется средний ток пучка **35 микроампер**.

Для верификации расчетов, в которых связь дозиметрических параметров с электрическими для нас непривычна, провели расчеты для излучения 6 МэВ и сравнили их с известными из научной литературы параметрами ускорителей Varian. <u>Clinac</u> 600С имеет длительность импульса излучения 4 <u>мкс</u>. При частоте импульсов 300 Гц это соответствует скважности ~800. Мощность дозы излучения (в конфигурации с выравнивающим фильтром) 4 Гр мин. Ток пучка на мишени в пике 0.134 А. Это соответствует среднему току 160 мкА <u>При</u> данной энергии фильтр ослабляет излучение примерно в 2 раза. Экстраполяция данных Varian на условия 80 см / 10Гр/мин / без фильтра приводит к необходимому среднему току примерно 130 мкА. Наши симуляции так же привели к значению 130 мкА. Точность оценки с учетом неопределенности поглощения фильтром и ноансов размеров поля составляет порядка 20%. Это достаточно убедительное подтверждение корректности способа оценки тока пучка для ускорителя с энергией 9 МэВ.

Монте-Карло

Основной инструмент радиационного транспорта. Meetup: http://rcwww.kek.jp/research/egs/epub/aap/js3nov98.html

EGS-Nova: An Adaptation of EGS in C/C++

Dear EGS4 Users,

Version 0.1.0 of Nova is now available at

ftp://stereo.medphysics.nemc.org/pub/Nova

There is also now a Nova website at URL

http://www.nemc.org/nova/

James C. Satterthwaite, Ph.D. Department of Radiation Oncology New England Medical Center #246 750 Washington Street Boston, MA 02111 Voice: 617-636-0612 Fax: 617-636-7621 james.satterthwaite@es.nemc.org



Ссылка на сайт кода Nova. Настоящий статус проекта не известен.

https://github.com/RadOncSys/MC

This repository Search	Pull requests Issues Gist		🌲 +- 🛐-
RadOncSys / MC		O Unwatch ▼ 1	r Star 0 8 Fork 0
Code Issues 0 Image: Pull requests 0	🎹 Projects 0 🗉 Wiki 🔸 Pu	lse 🔟 Graphs 🔅 Settings	
Mocnte Carlo project for dosimetry modelling in Add topics	the field of radiation oncology		Edit
P 5 commits 1 branch	♡ 0 releases	4 contributor	مڑے MIT
Branch: master - New pull request		Create new file Upload files Find f	ile Clone or download 🔻
ggorlachev Update to VS 2017 Version 15.1		Latest co	ommit ce50e47 27 days ago
Applications/MCSimulator	Update to VS 2017 Version 1	5.1	24 days ago
🖿 Data	Original commit		2 months ago
🖬 MC.wiki	Update to VS 2017 Version 1	5.1	24 days ago
in MC	Update to VS 2017 Version 1	5.1	24 days ago
🖹 .gitignore	Original commit		2 months ago
LICENSE	Initial commit		2 months ago
E MC.sln	Original commit		2 months ago
README.md	Update README.md		2 months ago
国 README.md			

Домашняя страница кода МС

Структура проектов в Visual Studio



Пример симуляции Киберножа

От понимания свойств потоков коллимированного излучения до модели источника излучения

Моделирование радиационного источника

(12) United States Patent Caflisch et al.	(10) (45)) Patent No.:) Date of Patent:	US 6,714,620 B2 Mar. 30, 2004
(54) RADIATION THERAPY TREATMENT	WO	WO 98/52646 A1	11/1998
METHOD	WO	WO 98/55507 A2 WO 99/40523 A1	8/1999
(75) Inventors: Russel Caflisch, Manhattan Beach, CA	WO	WO 00/07667 A1	2/2000
(US); Nigel Goldenfeld, Champaign, IL (US); Gennady Gorlachev, Moscow	OTHER PUBLICATIONS Josep Sempau et al., DPM a fast, accurate Monte Carlo code		
(RU); Pavel Kalugin, Les Ulis (FR);			
Serguei Mechkov, Montpellier (FR)	optimi	zed for photon and ele	ctron radiotherapy treatment

Source models





Fig. 7.1 Focal source

Fig. 7.2 Extra-focal source

Модель источника медицинского ускорителя. Верификация модели на примере CyberKnife



CyberKnife (НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко)





Формирование гистограмм распределений частиц



Влияние характеристик электронного пучка на мишени на свойства дозовых распределений



Радиофизическое моделирование для точного описания ускоренных частиц на радиационной мишени

Графики спектров представлены при различных токах инжекции (I) и напряженностях ускоряющего поля (E)

Дипломные работы студентов ускорительной кафедры

ШЕИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 3020 3010 ДИНАМИКА ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ В МЕДИЦИНСКОМ ЛИНЕЙНОМ УСКОРИТЕЛЕ VARIAN CLINAC 600C MLu 3000 OTa, 2980 МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 45 90 135 180 Рисунок 2.1 – Схема элементарной ячейки Сдвиг фазы на ячейку Рисунок 2.3 - Дисперсионная кривая. Направление подготовки/специальности 140600.68 «Ядерная физика и технологии» 50 ость поля, MB/м 25 0 --25 Напр -50

Рисунок 2.2 – Вид модели ускоряющей секции в разрезе CST.

2.1.3 Результаты моделирования.

Рисунок 2.4 – Распределение напряженности поля вдоль оси.

Направление вдоль оси, мм

150

200

250

100

50

Дипломные работы студентов ускорительной кафедры

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ



Рисунок 16. Схема пеннинговского (отражательного) разряда: К1 и К2 - катоды. А - анод, R - ограничительный резистор.



Рисунок 28. Схема ионного источника протонного циклотрона Eclipse. [21]

Влияние спектра электронного пучка на дозовые распределения



Влияние энергии электронного пучка на дозовые распределения



Точность воспроизведения экспериментальных данных



Воспроизведение экспериментальных данных:

- 1% по отношению к максимальной дозе
- 5 % на глубине 30 см (по отношению к D_{30см})

Размер поля 60 мм. Энергия электронов 6.5 МэВ. Расстояние до фантома 70 см.

Точность воспроизведения экспериментальных данных



Воспроизведение экспериментальных данных:

- **0,5 мм** при прямом расчете
- 1 мм при использовании модели

Размер поля 60 мм. Энергия электронов 6.5 МэВ. Расстояние до фантома 70 см.

Воспроизведение факторов выхода



Statistic.dat → Excel



Гистограммы распределений частиц для модели

Vrml Viewer <vrmlfile>CyberKnife.wrl</vrmlfile> <statfile>statistic.dat</statfile>



Общая сцена симуляции





Из модели источника

Система дозиметрического планирования ^{ROQuadro}

Амфора





Навигация по 2D изображениям

XNav

Рентгеновская навигация 2D на примере Brainlab



Finish

Cancel

ситуациях отслеживать движение внутренних органов по металлическим маркерам.

IGRT Imaging System Comparison

IGRT TYPE	Description	Absorbed Dose	Imaging Frequency	Total Dose (40 Fractions)
MV X-rays	Orthogonal Pairs	4 MU per portal ~7 cGy	Daily	~280 cGy (Portal Images)
KV X-rays	Orthogonal Pairs	120 kVp 2 mAs ~0.05 cGy	Daily	<mark>2 cGy</mark>
KV CBCT	Varian OBI	Surface 3-6 cGy Central ~3cGy	Daily	~180 cGy 4.5 cGy/fraction
KV CBCT 2.	Elekta Synergy	Surface ~2.3cGy Central ~1.6cGy	Daily	~80 cGy 2.0 cGy/fraction
MV CBCT 3.	Siemens SYNGO	0.9 – 1.2 cGy/MU 3.5 – 11.0 cGy	Daily	~280 cGy 7.0 cGy/fraction
Tomo MVCT 4.	TomoTherapy	Pitch Dependent 0.70 – 3.5 cGy	Daily	~80 cGy 2.0 cGy/fraction

Система подготовки ангиографических данных для стереотаксического облучения пациентов XNav Contents lists available at ScienceDirect





Liniiliiniili



Radiotherapy and Oncology

journal homepage: www.thegreenjournal.com

Arteriovenous malformation

Analysis of the targeting uncertainty of a stereotactic frameless radiosurgery technique for arteriovenous malformation



oftistir of

the age ern

Femke Steenbeke^a, Thierry Gevaert^{a,*}, Benedikt Engels^a, Kenneth Poels^a, Jean D'Haens^b, Franciscus Van Tussenbroek^c, Dirk Verellen^a, Guy Storme^a, Mark De Ridder^a

^b Department of Radiotherapy; ^b Department of Neurosurgery; and ^c Department of Radiology, UZ Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

ARTICLE INFO

Article history Received 21 March 2014 Received in revised form 3 October 2014 Accepted 8 October 2014 Available online 29 October 2014

Kewards Stereotactic radiosurgery Arteriovenous malformation Digital subtraction angiography 2D-3D image registration

In order to target arteriovenous malformations (AVM) in a frameless approach, registration of two-dimensional (2D) digital-subtracted-angiographs (DSA) with three-dimensional (3D) computed tomography (CT) is required. Targeting accuracy and delineation of a frameless 2D-DSA and 3D-CT image registration tool based on bony anatomy of the skull was evaluated. This frameless approach assures accurate target localization and can be used in a clinical setting.

© 2014 Elsevier Ireland Ltd, All rights reserved, Radiotherapy and Oncology 113 (2014) 371-373

Stereotactic radiosurgery (SRS) has become a well-established and target delineation/localization and companison to the

"This frameless approach assures accurate target localization and can be used in a clinical setting".

MRI) image registration algorithm is another attractive alternative. The aim of this study was to evaluate targeting accuracy of a new software tool for image registration of 2D-DSA with 3D-CT datasets

* Corresponding author at: UZ Brussel, Department of Radiotherapy, Laarbeeklaan 101, B-1090 Brussels, Belgium. E-mail address: Thierry.Gevaert@uzbrussel.be(T. Gevaert)

http://dx.doi.org/10.1016/i.radonc.2014.10.003 0167-8140/@ 2014 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

many, snowing stable results and case to implement [11]. DSA images with bony anatomy and vessel information were used for registration. Delineation was started when image registration was found to be adequate by 3 independent users (2 medical physicists and 1 radiation oncologist).

After target delineation on both DSA images, as suggested by the interventional radiologist, the region of interest is projected onto the CT as a rectangle. When a mismatch of the contour

Анализ портальных систем

Технические средства, характеристики изображений, методы клинического использования, QA, навигация, дозиметрия.

Навигация - детекторы

Varian aS1000



Figure 2: a) A cross sectional view of the Varian aS1000. Modified, from [2]. b) A simplified schematic of the electronics in the Varian aS1000. From [3].

GEM / GMD detectors

I. Giomataris et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 560 (2006) 405-408



Fig. 3. Schematic drawing of the test chamber.

(MICROMEsh GAseous Structure) G.Charpak, I.Glomataris et al., NIM-A 376(1996) 29

Micromegas

MICROMEGAS

Micromegas представляет собой двухступенчатый лавинный счетчик с плоскопараллельными пластинами. Состоит из региона ионизаций (от несколько миллиметров до десятков сантиметров - режим ТРС; электрическое поле ~1 кВ /см) и узкой щели усиления (50-100 кВ /см), который расположен между тонкой металлической сеткой (mesh или micromesh) и считывающих полосок/площадок на печатной плате. Способен работать как в режиме трекера, так и в режиме триггера.





FIG. 9. Video EPID image (a) and (b) with enhancement.

Возможна ли навигация по портальным изображениям?

Портальные изображения ускорителя PRIMUS





Симуляция портальной системы кобальтового аппарата

Моделирования изображений затруднено необходимостью симуляции такого же количества частиц, что и при получении реальных изображений

Симуляция портальной системы Рокус-Р

Использование техники обратных проекций для поиска оптимальной конструкции портального коллиматора

Использование модели потока излучения на основе гистограмм распределений



Терапевтический коллиматор

Коллиматор 4 мм

Коллиматор 2 мм



10^11

Симуляция портальной системы аппарата Со-60





Рисунок 1. Симуляция изображений наполовину закрытых вольфрамовой пластиной толщиной 2 см с целью определения характеристики высококонтрастного разрешения. Слева изображение без специального коллиматора. Справа изображение с портальным коллиматором. Ширина изображений на уровне изоцентра 10 см.

Наши смежные разработки

Характеристика того, что мы умеем делать, что уже реально есть, и насколько мы способны интегрироваться в промышленные разработки

Квази стереотаксический аппарат для рентгенотерапии

Analysis of application X-ray radiation up to 250 kV for stereotactic X-ray radiation when delivered from many direction We have simulated electron transport from tube cathode to anode and photon radiation from anode (Fig. 2) using EGS4/Nova code as MC engine and our energy radiation sources. Two techniques used fo dose delivery have been published in literature. One own code for geometry and scoring calculations. This is modified CT scanner [1]. The other is synchrotron process is very time consuming and can not be used radiation [2]. Contrast agents (ICA) have been studied both from the point of view of dose enhancement outinely. To overcome this problem we have and delivery technique to the tumor [3]. All those studies indicate applicability of X-ray radiation for therapy. In this study we present a design of low cost X-ray therapy unit and investigate dose distribution erties which such unit would create in the case istributions in phantom we used routinely photo ansport trough the collimating system (Fig. 2). he final goal of our research and deve is creating simple efficient stereotactic X-ray radiation

Fig 3

therapy unit, which overcomes disadvantages of existing approaches like very high cost (synchrotron adiation) and limited to one plane beam direction modified CT scanner). At the Roentgen optic stitute in Moscow simple therapy unit with 60 kV ay tube has been designed and assembled (Fig. 1). This unit is capable to move radiation source on onical trajectory around the isocenter. It uses circular applicators up to 25 mm at isocenter and wedges to make dose distribution flat. In the presen study we investigate dosimetric properties of similar unit, which has different energies and capable to feliver radiation from arbitrary directions. The goal of this study is: a) create Monte Carlo (MC) radiation a) create Monte cario (http://autoon el. b) build MC dose calculation engine, c) ons in a typical alate and analyze dose d iosurgery case, d) make a proposa for optimal X-ray energy.



60 kV X-ray radiotherapy unit with conical trajectory, designed and assembled at Roentger human head with 25 mm diameter asymmetrically located target and 10 mm thickness spherical bone



analyzed statistic of emitted by anode particles and created a model, which can sample particles directly at the tube window. Fig. 3 shows photon distributions by energy and direction relatively to the anode plane. Our simulation shows strong energy and angular dependence of particle fluency, which leads to non uniform beam profiles, confirmed by experimental measurements at 60 kV unit. When calculating dose

s represents typical dose distribution. It is clu the main difficulty of X-ray application is rel to the high energy absorption in the bone tissue. Dose-volume histograms (DVH) on Fig. 6 show dose in bone dependence on the radiation quality. Dose in bone strongly depends on the radiation energy and filtration. It exceeds dose from cobalt radiation from 3 to 6 times for energies between 150 and 225 kV.

Fig. 7 represents DVH for brain tissue. Average dose in normal tissues far a way from target almost do not depend on X-rays energy and is approximately two nes higher than in high energy photons

Presented figures do not include data for the 60 k radiation due to impossibility it's application for dee targets. However, this radiation was used to check imerical calculations by comparison with al data. This comparison (not shown) has nent within expe





in a whole brain for different energies and :



Adam JF et al, rain glioma lo trial on rats bearing F98 gliomas, In Phys 2003; 57: 1413-1426 Adam JF et al, Enhanced delivery of

2005: 61: 1173-118







Помимо очевидных поверхностных опухолей наращиваются отличные сферы применения в функциональной радиохирургии ЦНС, радиохирургии сердца, и вообще при облучении любых объектов меньше 1 см.

Модель СИФ пучка КПТ ИЯИ РАН



Puc. 1 Схема пассивной системы формирования терапевтических полей облучения, использующей двойное рассеивание и гребенчатые фильтры.





2

2
Пример планирования протонного облучения (2007-08 годы)



Системы координат и степени свободы перемещения позиционеров пациента в Комплексе протонной терапии ИЯИ РАН.



Медицинская визуализация для лучевой терапии

Тракты, диффузия, спектры

Медицинская визуализация – МРТ диффузия и трактография





Нелинейное совмещение медицинских изображений для решения задач планирования лучевой терапии

Научный руководитель: Горлачев Г.Е. Работу выполнила студентка группы T12-35м Фоменко А.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА НА ТЕМУ:

Анализ метода и возможностей использования диффузионных данных магнитно-резонансной томографии в планировании лучевой терапии





Рис. 10. Тракты головного мозга, визуализированные на языке VRML, после предварительной обработки тензоров диффузии в программе на C++.

Москва – 2015 г

Факультет экспериментальной и теоретической физики

Кафедра № 35 «Медицинская физика»

Специальность «Радиационная безопасность человека и окружающей среды»

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе на тему:

«MP-спектроскопия в целях планирования лучевой терапии»

Студент группы T12-35м	Орлова А.В.
Руководитель ВКР, к.фм.н., ст. н. с. ФГБУ НИИ НХ им. Н.Н. Бурденко РАМН	Горлачев Г. Е.
Рецензент, физик-оператор Московского центра «Гамма-нож»	Костюченко В. В.
Зав. кафедрой, д.фм.н., проф.	Беляев В. Н.



Москва, 2014 г.

в Sivic и Excel, а так же скриншот того же вокселя. Невооружённым глазом видно, что спектры абсолютно идентичны, за исключением того, что в графике Excel не нормирована ось частот. Этот факт подтверждает то, что построенные спектры соответствуют истинным спектрам.



2.31

1.32

3.30

3



Рисунок 26 – Протонные спектры двух вокселей пациента №1: 1) Спектр первого вокселя, построенный в Excel с помощью данных, извлечённых из файла; 2) Спектр первого вокселя, построенный в приложении Sivic; 3) Спектр второго вокселя, построенный в Excel с помощью данных, извлечённых из файла; 4) Спектр второго вокселя, построенный в приложении Sivic.





АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ



Москва - 2015 г

Медицинская информатика

Ontology driven studies

Images workflow

Division DICOM server is the only point, through witch all images from other departments come

This solution made human relations simple and images highly accessible

Currently 55 `000 studies available online for retrospective research and patient follow-up



http:// nsi-rad-is /ImageServer/Pages/Admin/Das 🎗 👻 🖒	Dashboard ClearCanvas I ×				f
2		logged	in as rrad	lmin Cri	itical Alerts: 0 Logout
ClearCanVas ImageServer Studies	Queues Admin Abou	t			
nageServer Dashboard					
Studies	File Systems				
Partition Number of Studies	Description	Read Write	Tier	Path	Disk Usage
RADARCHIVEDCM 54136	Fast FileSystem	• •	Tier 1	d:\fs	
Total Studies: 54 136 00	Archive1	• •	Tier 3	e:\fs	
10tal 0tudies. 54 100,00	Archive2	• •	Tier 3	i:∖fs	
Work Queue	Second Main Filesystem	• •	Tier 2	h:\fs	
Server Number of Items	Archive3	• •	Tier 3	j:\fs	
<u>10.4.1.174</u> 1	Server Partitions				
Study Integrity Queue	AE Title Description	Port Partition Folder	Enabled	Accept Any Device	Duplicate Object Studies Policy
Inconsistent Data	RADARCHIVEDCM Archive Partition	104 Primary	٠	0	Send 54136 Success
Total <u>2</u>	Alerts				
				0-4010000	

Проект системы поддержки научных исследований



Онтологические базы знаний в медицине

Uberon, an integrative multi-species anatomy ontology

Christopher J Mungall_{1*}, Carlo Torniai₂, Georgios V Gkoutos₃, Suzanna E Lewis₁ and Melissa A Haendel₂ Abstract

We present Uberon, an integrated cross-species ontology consisting of over 6,500 classes representing a variety of anatomical entities, organized according to traditional anatomical classification criteria. The ontology represents structures in a species-neutral way and includes extensive associations to existing species-centric anatomical ontologies, allowing integration of model organism and human data. Uberon provides a necessary bridge between anatomical structures in different taxa for cross-species inference. It uses novel methods for representing taxonomic variation, and has proved to be essential for translational phenotype analyses. Uberon is available at http://uberon.org





3D анатомический атлас со структуризацией по FMA





Биофизическое моделирование

Появление и рост метастазов.

Рост глиобластом.

Гипофракционирование.

Сочетание с химиотерапией.

Glioblastoma growth modeling for radiotherapy target delineation

J Unkelbach, BH. Menze, E Konukoglu, F Dittman, M Le, Ni Ayache, H A. Shih - 2013 Massachusetts General Hospital - USA Computer Vision Laboratory, ETH Zurich, Switzerland Microsoft Research, Cambridge, UK Asclepios Project - France



Fig. 2. Simulated tumor cell density on a logarithmic scale for three different values of the parameter D_w/D_g .

Применение искусственного интеллекта



Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)

Теория обучения машин (machine learning, машинное обучение) находится на стыке прикладной статистики, численных методов оптимизации, дискретного анализа, и за последние 50 лет оформилась в самостоятельную математическую дисциплину. Методы машинного обучения составляют основу ещё более молодой дисциплины — интеллектуального анализа данных (data mining).

В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: классификация, кластеризация, регрессия, понижение размерности. Изучаются методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Отдельные теоремы приводятся с доказательствами.



FEBRUARY 26, 2016

Machine Learning: Let Your Code Learn From Text

Alvise Susmel in Development

Machine learning — it's a term you've probably heard before. Nowadays, it's deeply integrated in different sectors, from spam filters to automated driving cars. There is a lot of math and statistics behind these algorithms, but today there are many great tools we can use without being a math professor.

In this blog post, I'm going to smoothly introduce you to supervised text classification — showing you how to build a simple language detection app using third-party libraries written in JavaScript.

Заявки РНФ

Конкурс **2014** года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» Название проекта

Биофизическое моделирование реакции тканей и структур центральной нервной системы человека на прецизионное стереотаксическое облучение.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проекта

Горлачев Геннадий Ефимович

Полное и краткое название организации, через которую должно осуществляться финансирование проекта: УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО РАМН

Конкурс 2016 года на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" Форма 1. Сведения о проекте 1.1. Название проекта на русском языке

Разработка пространственновременной

модели прогрессии глиальных опухолей головного мозга

на английском языке

Developing of spatiotemporal model of brain glioma progression after surgical and radiation treatment

Частная компания



Продукты Услуги Проекты Контакты



Радиационно-Онкологические Интеллектуальные Системы и Сервисы

Наша компания основана в 2011 году, является поставщиком услуг и продуктов различных направлений в области физического и технического обеспечения деятельности лучевой терапии. Мы работаем с отделениями лучевой терапии онкологических диспансеров, поставщиками радиотерапевтического оборудования, разработчиками оборудования для лучевой терапии.

РОКвадро

Система планирования лучевой терапии



Подробнее ...

Медико-физическая поддержка

Современные радиотерапевтические центры являются сложными многофункциональными комплексами.



Внешняя поддержка при планировании оснащения, подготовке к монтажу и внедрении нового оборудования позволяет избежать множества ошибок, сэкономить время до начала лечения больных и стартовать на более высоком уровне качества.

XNav

Система оконтуривания по ангиографическим изображениям для стереотаксической навигации сосудистых патологий.



Подробнее ...

Монте-Карло

С помощью программного обеспечения транспорта излучения методом Монте-Карло решается ряд инженерных задач, включая дизайн формирования радиационных полей радиотерапевтических установки, проектирования бункеров радиотерапевтических установок произвольной сложности.



Собственный код МС представлен в открытом доступе для свободного использования специалистами в предметной области.

Подробнее ...

Подробнее ...

Сколково (Varian Chalenge)

START MOCKBA.

Problem to be solved

The goal of the project is create high quality software system that will support professionals in radiation oncology with the maximal set of tools to use all power of modern medical imaging diagnostic in their routine work and analysis of delivered treatment and outcome.



Problem to be solved

The goal of the project is to fill the gap in deep radiation treatment analysis on the base of the modern set of patient data. The project should provide tools for verification biological models. Starting criteria for treatment optimization will be defined using those tools and large set of clinical data. Biology based dose distribution optimization engine will be developed.

- Radiation oncology data management (connection to TPS, RV systems,
- Automatic segmentation on the base of anatomy atlases and elastic image
- Independent dose calculation engine





- A few projects were proposed to Skolkovo Found with negative result
- At Varian startup challenge 2 projects were selected for presentation
- No one win any prize with explanation that the whole Varian works on those subject ٠ and for small company it is unrealistic

https://www.meetup.com/Медицинская-физика-лучевой-терапии

 \leftarrow C 🔒 Secure | https://www.meetup.com/Медицинская-физика-лучевой-терапии/events/239148153/?comment_table_id=480290999&comment_table_namı 😾 Meetup Create a Meetup Invite Get the app Медицинская физика лучевой терапии Members Sponsors Photos Pages Discussions Group tools 🧕 My profile Home More Moscow, Russia Tools \sim Обсуждение открытого кода Founded Apr 11, 2017 Монте Карло МС 17 went About us... Геннадий May 23 · 4:00 PM Горлачев Радиологическое отделение Invite friends Organizer. **Event Host** Upload photos Copy this Meetup Members 33 Sergey Rusetskiy Уважаемые Коллеги, Приглашаем всех желающих во вторник 23 мая в Past Meetups 1 16:00 на семинар... See all Ē Our calendar Good to see you Organizer: How was the Meetup? * avg: +++++ Геннадий Татьяна Крылова Горлачев Ask a question, share something, or leave a Good to see you We're about: Social Networking · Health Post Professionals · Professional Networking · Tatiana Entrepreneur Networking Kuznetsova Sergey Rusetskiy Healthcare Professionals · Добрый день! Medicine · Medical Good to see you Professionals · Health Мы от Медскана можем сделать краткие доклады по таким Information Technology · Healthcare Innovation темам: Marina Yakhina 1) Автоматизация процесса подготовки и проведения

https://www.meetup.com/Медицинская-физика-лучевой-терапии

Медицинская физика лучевой терапии

Home Members Spo	nsors Photos Pages Discussions More	Group tools 🗕 My profile
Moscow, Russia Founded Apr 11, 2017	Featured Meetup Автоматизация лучевой терапии и	Your RSVP: Yes Change
About us	оптимизация дозиметрического планирования.	Invite a friend
Members48Upcoming1Meetups2	 Edit Cancel Lufeature Copy Ticket Export Tell a friend Share Tuesday, September 19, 2017 4:00 PM 	Tools 🗸
Our calendar	Радиологическое отделение Каширское ш., 23с4, Moscow (edit map)	Сорлачев Organizer, Event Host
Геннадий Горлачев	Уважаемые Коллеги, Поздравляем вас с началом учебного года и приглашаем всех	Alexandra Dalechina
We're about: Social Networking · Health	на семинар, который проводится в радиологическом отделении НИИ КиЭР РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России.	Kirill T.

Спасибо!